

予備実験用 耐火炉の仕様

- | | | |
|------|--------|---|
| (1) | 外形寸法 | 2800mm(W)×2350mm(H)×900mm (D) |
| (2) | 加熱面積 | 2000mm(W)×1000mm(H) [2.0 m ²] |
| (3) | 形 式 | 壁型炉 |
| (4) | 加熱時間 | 標準 2 時間とし最大 3 時間とする |
| (5) | 熱 源 | L G P |
| (6) | 熱 量 | 2 0 万 Kal/Hr |
| (7) | ガ ス 圧 | 3000mmAq |
| (8) | 炉 体 | 無機繊維張り (一部キャストブル成型) |
| (9) | バーナー | ストレートフレームバーナー |
| (10) | 空気混合方式 | 火口混合式 |
| (11) | 温度調節 | 手動式 |
| (12) | 煙道ダクト | 耐火被覆板内張り表面塗り仕上げ (400mm×400mm) |
| (13) | 煙 突 | φ 300 鋼管 |